

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
ТзОВ фірма « ЛЕВІЛЬ »

79019 м. Львів вул. Східна, 42

тел. (032) 2521283

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТзОВ « ЛЕВІЛЬ »

Р.О. Микулович

« 08 » серія 2018 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ

Назва апарата : Інкубатор інтенсивної термії  
Тип апарата : NESTORET 5050  
Номер апарата : інв. № 10471319  
Рік випуску : 2007  
Власник : Сербомітрадська ЧМД (помогобе)

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

Після проведення огляду та технічного тестування обладнання встановлено :

Вихід з ладу дисерета живлення,  
мікроконтролера, аналого-цифрової  
мережі живлення з шумомішеним  
датчиків температури повітря, відносної  
вологості, механізму істотно і нагріваль  
ного пристрою.

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

Після проведення діагностики встановлено, що обладнання ремонту не підлягає.  
Рекомендовано списати.

Інженер по ремонту мед.техніки :

[Підпис] (О. Білецький)

З актом ознайомлен представник власника:

[Підпис] (Роденко)